




ОБЩИНА КРУМОВГРАД MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград пл. „България“ № 5

централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ по реда на чл. 189 от ЗОП

Във връзка с постъпило писмено искане с вх. № 15/22.02.2018 г. по условията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним („Здрава община“)/“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas” with acronym („The Healthy Municipality“), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на мебелно обзавеждане“ и обособена позиция № 2: „Доставка на медицинско оборудване“ за която е публикувана обява в профила на купувача и кратка информация за поръчката на портала на Агенцията за обществени поръчки под № 9073025, на основание чл. 189 от ЗОП даваме следните разяснения:

Въпрос: по обособена позиция № 2 „Доставка на медицинско оборудване“

„т. 8 Ехографски апарат с доплер – а именно:

- с колко трансдюсера трябва да бъде апарата?
- какви да бъдат трансдюсерите?”

Отговор:

Съгласно одобрената документация за обществената поръчка заложеното изискване за „Ехографски апарат с доплер“ е същия да бъде с пълна гама трансдюсери, с трапецоидален режим на линейните трансдюсери.

КМЕТ НА ОБЩИНА
КРУМОВГРАД:.....
/СЕБИХАН МЕХМЕД

